



RAPPORTO DI PROVA N. LS197/2014

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

DESCRIZIONE CAMPIONE: RADIELLO PER H₂S

LUOGO DI CAMPIONAMENTO: VAL D'AGRI

PERIODO DI CAMPIONAMENTO (ESPOSIZIONE): DAL 08/05/2014 AL 21/05/2014

UFFICIO DI PROVENIENZA: UFFICIO ARIA - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI POTENZA

N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: A-LS446/2014

PARAMETRO	CODICE DI IDENTIFICAZIONE RADIELLO	N° REGISTRO UFFICIO ARIA	UBICAZIONE RADIELLO	UNITÀ DI MISURA	L.O.D.	RISULTATO	METODO DI PROVA
H ₂ S	302XA	84	Ospedale Via San Pio – Villa D'Agri	µg/m ³	0,9	15,7	Metodo Interno : «Fondazione Salvatore Maugeri - IRCCS» HI Ed. 01/2006
	300XA	85	Ingresso Elbe Italia - Viggiano	µg/m ³	0,9	2,3	
	301XA	86	Presso Azienda BRD Legno - Viggiano	µg/m ³	0,9	2,8	
	299XA	87	Strada direzione Viggiano	µg/m ³	0,9	2,2	
	298XA	88	Palazzo comunale - Viggiano	µg/m ³	0,9	2,5	
	296XA	89	Palazzo comunale – Grumento Nova	µg/m ³	0,9	1,4	
	293XA	90	Consorzio di Bonifica – Villa D'Agri	µg/m ³	0,9	<L.O.D.	
	297XA	91	Piazza Giacinto Albini - Montemurro	µg/m ³	0,9	2,2	
	295XA	92	Municipio Piazza V. Veneto - Moliterno	µg/m ³	0,9	2,1	
	294XA	93	Piazza del Popolo - Tramutola	µg/m ³	0,9	3,3	

Il Tecnico Analista Marcone Dott.ssa Lucia Carmela

NOTE: Il campionamento è stato effettuato dal personale tecnico dell'Ufficio Aria del Dipartimento Provinciale di Potenza.

Il valore della temperatura media utilizzato nel calcolo della concentrazione per il periodo di esposizione è fornito dall'Ufficio Aria del Dipartimento Provinciale di Potenza (Rif. LS/Prot.N.125/2014).

Modalità di conservazione del campione fino al termine della prova: refrigerato.

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si intendono riferiti esclusivamente al campione sottoposto all'analisi.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Potenza, li 04/06/14

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO LABORATORIO STRUMENTALE

(Dott.ssa Katarzyna Patut)



RAPPORTO DI PROVA N. LS196/2014

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

DESCRIZIONE CAMPIONE: RADIELO PER H₂S

LUOGO DI CAMPIONAMENTO: VAL D'AGRI

PERIODO DI CAMPIONAMENTO (ESPOSIZIONE): DAL 24/04/2014 AL 08/05/2014

UFFICIO DI PROVENIENZA: UFFICIO ARIA - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI POTENZA

N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: A-LS389/2014

PARAMETRO	CODICE DI IDENTIFICAZIONE RADIELO	N° REGISTRO UFFICIO ARIA	UBICAZIONE RADIELO	UNITA DI MISURA	L.O.D.	RISULTATO	METODO DI PROVA
H ₂ S	284XA	73	Ospedale Via.San Pio – Villa D'Agri	µg/m ³	0,9	<L.O.D.	Metodo Interno : «Fondazione Salvatore Maugeri - IRCCS» H1 Ed. 01/2006
	292XA	74	Ingresso Elbe Italia - Viggiano	µg/m ³	0,9	2,3	
	291XA	75	Presso Azienda BRD Legno - Viggiano	µg/m ³	0,9	2,3	
	290XA	76	Strada direzione Viggiano	µg/m ³	0,9	3,3	
	285XA	77	Palazzo comunale - Viggiano	µg/m ³	0,9	5,0	
	288XA	78	Palazzo comunale – Grumento Nova	µg/m ³	0,9	3,0	
	283XA	79	Consorzio di Bonifica – Villa D'Agri	µg/m ³	0,9	<L.O.D.	
	289XA	80	Piazza Giacinto Albini - Montemurro	µg/m ³	0,9	4,1	
	287XA	81	Municipio Piazza V. Veneto - Moliterno	µg/m ³	0,9	2,0	

Il Tecnico Analista Marcone Dott.ssa Lucia Carmela

NOTE: Il campionamento è stato effettuato dal personale tecnico dell'Ufficio Aria del Dipartimento Provinciale di Potenza.

Il valore della temperatura media utilizzato nel calcolo della concentrazione per il periodo di esposizione è fornito dall'Ufficio Aria del Dipartimento Provinciale di Potenza (Rif. LS/Prot.N.117/2014).

Modalità di conservazione del campione fino al termine della prova: refrigerato.

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si intendono riferiti esclusivamente al campione sottoposto all'analisi.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Potenza, li 04/06/14

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO LABORATORIO STRUMENTALE

(Dott.ssa Katarzyna Patat)