


RAPPORTO DI PROVA N. LS 226/2013
IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

 DESCRIZIONE CAMPIONE: RADIELLO PER H₂S

LUOGO DI CAMPIONAMENTO : VAL D'AGRI

PERIODO DI CAMPIONAMENTO (ESPOSIZIONE): DAL 26/06/2013 AL 12/07/2013

UFFICIO DI PROVENIENZA: UFFICIO ARIA - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI POTENZA

N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: LS591/2013

PARAMETRO	CODICE DI IDENTIFICAZIONE RADIELLO	N° REGISTRO UFFICIO ARIA	UBICAZIONE RADIELLO	UNITÀ DI MISURA	L.O.D.	RISULTATO	METODO DI PROVA
H ₂ S	XY745	116	Ospedale Via San Pio – Villa D'Agri	µg/m ³	0,9	1,6	Metodo Interno : «Fondazione Salvatore Maugeri - IRCCS» H1 Ed. 01/2006
	XY743	117	Ingresso Elbe Italia - Viggiano	µg/m ³	0,9	1,7	
	XY744	118	Presso Azienda BRD Legno - Viggiano	µg/m ³	0,9	1,5	
	XY742	119	Strada direzione Viggiano	µg/m ³	0,9	0,9	
	XY741	120	Palazzo comunale - Viggiano	µg/m ³	0,9	1,1	
	XY738	121	Palazzo comunale – Grumento Nova	µg/m ³	0,9	<0,9	
	XY736	122	Consorzio di Bonifica – Villa D'Agri	µg/m ³	0,9	1,8	
	XY740	123	Piazza Giacinto Albinì - Montemurro	µg/m ³	0,9	1,5	
	XY739	124	Municipio Piazza V. Veneto - Moliterno	µg/m ³	0,9	1,2	
XY737	125	Piazza del Popolo - Tramutola	µg/m ³	0,9	1,6		

L.O.D. = Limite di rivelabilità

Il Tecnico Analista Marccone Dott.ssa Lucia Carmela

NOTE: Il campionamento è stato effettuato dal personale tecnico dell'Ufficio Aria del Dipartimento Provinciale di Potenza.

Il valore della temperatura media utilizzato nel calcolo della concentrazione per il periodo di esposizione è fornito dall'Ufficio Aria del Dipartimento Provinciale di Potenza (Rif. R.D. del LS 221 /2013).

Modalità di conservazione del campione fino al termine della prova: refrigerato.

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si intendono riferiti esclusivamente al campione sottoposto all'analisi.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Potenza, li 31/07/13

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO LABORATORIO STRUMENTALE

(Dott.ssa Katarzyna Pilat)



RAPPORTO DI PROVA N. LS 227/2013

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

DESCRIZIONE CAMPIONE: RADIELLO PER H₂S

LUOGO DI CAMPIONAMENTO : VAL D'AGRI

PERIODO DI CAMPIONAMENTO (ESPOSIZIONE): DAL 12/07/2013 AL 25/07/2013

UFFICIO DI PROVENIENZA: UFFICIO ARIA - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI POTENZA

N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: LS623/2013

PARAMETRO	CODICE DI IDENTIFICAZIONE RADIELLO	N° REGISTRO UFFICIO ARIA	UBICAZIONE RADIELLO	UNITÀ DI MISURA	L.O.D.	RISULTATO	METODO DI PROVA
H ₂ S	XY662	128	Ospedale Via San Pio – Villa D'Agri	µg/m ³	0,9	1,6	Metodo Interno : «Fondazione Salvatore Maugeri - IRCCS» HI Ed. 01/2006
	XY659	129	Ingresso Elbe Italia - Viggiano	µg/m ³	0,9	2,0	
	XY661	130	Presso Azienda BRD Legno - Viggiano	µg/m ³	0,9	2,0	
	XY658	131	Strada direzione Viggiano	µg/m ³	0,9	2,1	
	XY655	132	Palazzo comunale - Viggiano	µg/m ³	0,9	1,5	
	XY654	133	Palazzo comunale – Grumento Nova	µg/m ³	0,9	1,2	
	XY652	134	Consorzio di Bonifica – Villa D'Agri	µg/m ³	0,9	1,4	
	XY656	135	Piazza Giacinto Albini - Montemurro	µg/m ³	0,9	1,1	
	XY657	136	Municipio Piazza V. Veneto - Moliterno	µg/m ³	0,9	1,7	
	XY653	137	Piazza del Popolo - Tramutola	µg/m ³	0,9	1,5	

L.O.D. = Limite di rivelabilità

Il Tecnico Analista Marcone Dott.ssa Lucia Carmela

NOTE: Il campionamento è stato effettuato dal personale tecnico dell'Ufficio Aria del Dipartimento Provinciale di Potenza.

Il valore della temperatura media utilizzato nel calcolo della concentrazione per il periodo di esposizione è fornito dall'Ufficio Aria del Dipartimento Provinciale di Potenza (Rif. R.D. del LS 247/2013).

Modalità di conservazione del campione fino al termine della prova: refrigerato.

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si intendono riferiti esclusivamente al campione sottoposto all'analisi.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Potenza, li 31/07/2013

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO LABORATORIO STRUMENTALE

(Dott.ssa Katarzyna Pila)