



RAPPORTO DI PROVA N. LS52/2013

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

DESCRIZIONE CAMPIONE: RADIELLO PER H₂S
 LUOGO DI CAMPIONAMENTO : VAL D'AGRI
 PERIODO DI CAMPIONAMENTO (ESPOSIZIONE): DAL 28/03/2013 AL 12/04/2013
 UFFICIO DI PROVENIENZA: UFFICIO ARIA - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI POTENZA
 N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: LS238/2013

PARAMETRO	CODICE DI IDENTIFICAZIONE RADIELLO	N° REGISTRO UFFICIO ARIA	UBICAZIONE RADIELLO	UNITÀ DI MISURA	L.O.D.	RISULTATO	METODO DI PROVA
H ₂ S	XX946	49/2013	Ospedale Via San Pio – Villa D'Agri	µg/m ³	0,9	<L.O.D.	Metodo Interno : «Fondazione Salvatore Maugeri - IRCCS» H1 Ed. 01/2006
	XX944	50/2013	Ingresso Elbe Italia - Viggiano	µg/m ³	0,9	3,0	
	XX945	51/2013	Presso Azienda BRD Legno - Viggiano	µg/m ³	0,9	<L.O.D.	
	XX943	52/2013	Strada direzione Viggiano	µg/m ³	0,9	6,8	
	XX939	54/2013	Palazzo comunale – Grumento Nova	µg/m ³	0,9	5,7	
	XX937	55/2013	Consorzio di Bonifica – Villa D'Agri	µg/m ³	0,9	4,0	
	XX941	56/2013	Piazza Giacinto Albini - Montemurro	µg/m ³	0,9	5,4	
	XX940	57/2013	Municipio Piazza V. Veneto - Moliterno	µg/m ³	0,9	6,9	
	XX938	58/2013	Piazza del Popolo - Tramutola	µg/m ³	0,9	7,3	

L.O.D. = Limite di rivelabilità

Il Tecnico Analista Marcone Dott.ssa Lucia Carmela

NOTE: Il campionamento è stato effettuato dal personale tecnico dell'Ufficio Aria del Dipartimento Provinciale di Potenza. Il valore della temperatura media utilizzato nel calcolo della concentrazione per il periodo di esposizione è fornito dall'Ufficio Aria del Dipartimento Provinciale di Potenza (Rif. R.D. del LS104/13).

Modalità di conservazione del campione fino al termine della prova: refrigerato.

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si intendono riferiti esclusivamente al campione sottoposto all'analisi.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Potenza, li 24/05/13

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO LABORATORIO STRUMENTALE

(Dott.ssa Katarzyna Palat)



RAPPORTO DI PROVA N. LS53 /2013

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

DESCRIZIONE CAMPIONE: RADIELLO PER H₂S

LUOGO DI CAMPIONAMENTO : VAL D'AGRI

PERIODO DI CAMPIONAMENTO (ESPOSIZIONE): DAL 12/04/2013 AL 30/04/2013

UFFICIO DI PROVENIENZA: UFFICIO ARIA - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI POTENZA

N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: LS309/2013

PARAMETRO	CODICE DI IDENTIFICAZIONE RADIELLO	N° REGISTRO UFFICIO ARIA	UBICAZIONE RADIELLO	UNITÀ DI MISURA	L.O.D.	RISULTATO	METODO DI PROVA
H ₂ S	XX956	60/2013	Ospedale Via San Pio – Villa D'Agri	µg/m ³	0,9	1,9	Metodo Interno : «Fondazione Salvatore Maugeri - IRCCS» H1 Ed. 01/2006
	XX954	61/2013	Ingresso Elbe Italia - Viggiano	µg/m ³	0,9	<L.O.D.	
	XX955	62/2013	Presso Azienda BRD Legno - Viggiano	µg/m ³	0,9	10,6	
	XX953	63/2013	Strada direzione Viggiano	µg/m ³	0,9	3,0	
	XX952	64/2013	Palazzo comunale - Viggiano	µg/m ³	0,9	5,6	
	XX949	65/2013	Palazzo comunale – Grumento Nova	µg/m ³	0,9	9,9	
	XX947	66/2013	Consorzio di Bonifica – Villa D'Agri	µg/m ³	0,9	4,9	
	XX951	67/2013	Piazza Giacinto Albini - Montemurro	µg/m ³	0,9	4,2	
	XX950	68/2013	Municipio Piazza V. Veneto - Moliterno	µg/m ³	0,9	<L.O.D.	
XX948	69/2013	Piazza del Popolo - Tramutola	µg/m ³	0,9	<L.O.D.		

L.O.D. = Limite di rivelabilità

Il Tecnico Analista Marcone Dott.ssa Lucia Carmela

NOTE: Il campionamento è stato effettuato dal personale tecnico dell'Ufficio Aria del Dipartimento Provinciale di Potenza.

Il valore della temperatura media utilizzato nel calcolo della concentrazione per il periodo di esposizione è fornito dall'Ufficio Aria del Dipartimento Provinciale di Potenza (Rif. R.D. del LS121/13) .

Modalità di conservazione del campione fino al termine della prova: refrigerato.

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si intendono riferiti esclusivamente al campione sottoposto all'analisi.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Potenza, li 24/05/13

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO LABORATORIO STRUMENTALE

(Dott.ssa Katarzyna Piat)



RAPPORTO DI PROVA N. LS54/2013

IDENTIFICAZIONE DEL CAMPIONE

DESCRIZIONE CAMPIONE: RADIELLO PER H₂S

LUOGO DI CAMPIONAMENTO : VAL D'AGRI

PERIODO DI CAMPIONAMENTO (ESPOSIZIONE): DAL 30/04/2013 AL 15/05/2013

UFFICIO DI PROVENIENZA: UFFICIO ARIA - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI POTENZA

N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: LS366/2013

PARAMETRO	CODICE DI IDENTIFICAZIONE RADIELLO	N° REGISTRO UFFICIO ARIA	UBICAZIONE RADIELLO	UNITÀ DI MISURA	L.O.D.	RISULTATO	METODO DI PROVA
H ₂ S	XX925	71/2013	Ospedale Via San Pio – Villa D' Agri	µg/m ³	0,9	7,8	Metodo Interno : «Fondazione Salvatore Maugeri - IRCCS» HI Ed. 01/2006
	XX924	72/2013	Ingresso Elbe Italia - Viggiano	µg/m ³	0,9	12,8	
	XX923	73/2013	Presso Azienda BRD Legno - Viggiano	µg/m ³	0,9	4,5	
	XX922	74/2013	Strada direzione Viggiano	µg/m ³	0,9	5,2	
	XX921	75/2013	Palazzo comunale - Viggiano	µg/m ³	0,9	4,7	
	XX918	76/2013	Palazzo comunale – Grumento Nova	µg/m ³	0,9	6,9	
	XX916	77/2013	Consorzio di Bonifica – Villa D' Agri	µg/m ³	0,9	<L.O.D.	
	XX920	78/2013	Piazza Giacinto Albini - Montemurro	µg/m ³	0,9	11,8	
	XX919	79/2013	Municipio Piazza V. Veneto - Moliterno	µg/m ³	0,9	6,3	
	XX917	80/2013	Piazza del Popolo - Tramutola	µg/m ³	0,9	5,0	

L.O.D. = Limite di rivelabilità

Il Tecnico Analista Marccone Dott.ssa Lucia Carmela

NOTE: Il campionamento è stato effettuato dal personale tecnico dell'Ufficio Aria del Dipartimento Provinciale di Potenza. Il valore della temperatura media utilizzato nel calcolo della concentrazione per il periodo di esposizione è fornito dall'Ufficio Aria del Dipartimento Provinciale di Potenza (Rif. R.D. del LS 138 /2013). Modalità di conservazione del campione fino al termine della prova: refrigerato. I risultati riportati nel presente rapporto di prova si intendono riferiti esclusivamente al campione sottoposto all'analisi. Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio di prova.

Potenza, li 24/05/13

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO LABORATORIO STRUMENTALE

(Dott.ssa Katarzyna Plat)